



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 24 июня 2025 года № РЗН 2025/25708

На медицинское изделие

Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View  
по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Окей Вижен Технологии"  
(ООО "ОВТ"), Россия,  
141981, Московская область, г. Дубна, ул. Большеволжская, д. 15

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Окей Вижен Технологии"  
(ООО "ОВТ"), Россия,  
141981, Московская область, г. Дубна, ул. Большеволжская, д. 15

Место производства медицинского изделия

ООО "ОВТ", Россия, 141981, Московская область, г. Дубна,  
ул. Большеволжская, д. 15

Номер регистрационного досье № РД-67292/12178 от 18.02.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.41.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 24 июня 2025 года № 3997  
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0085182

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2025 года № РЗН 2025/25708

Лист 1

На медицинское изделие

**Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021, в вариантах исполнения:**

1. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 spherical

1.1. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 spherical

BC 8.00 - 9.00 шаг 0.10, D 13.0 - 14.5 шаг 0.10 - 10 шт.:

SP от -20.0 до -6.0 шаг 0.5;

SP от -6.0 до -0.5 шаг 0.25;

SP от +0.5 до +6.0 шаг 0.25;

SP от +6.0 до +20.0 шаг 0.5.

- инструкция по применению - 1 шт.

1.2. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 spherical

BC 8.00 - 9.00 шаг 0.10, D 13.0 - 14.5 шаг 0.10 - 30 шт.:

SP от -20.0 до -6.0 шаг 0.5;

SP от -6.0 до -0.5 шаг 0.25;

SP от +0.5 до +6.0 шаг 0.25;

SP от +6.0 до +20.0 шаг 0.5.

- инструкция по применению - 1 шт.

1.3. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 spherical

BC 8.00 - 9.00 шаг 0.10, D 13.0 - 14.5 шаг 0.10 - 90 шт.:

SP от -20.0 до -6.0 шаг 0.5;

SP от -6.0 до -0.5 шаг 0.25;

SP от +0.5 до +6.0 шаг 0.25;

SP от +6.0 до +20.0 шаг 0.5.

- инструкция по применению - 1 шт.

2. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 toric

2.1. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 toric

BC 8.00 - 9.00 шаг 0.10, D 13.0 - 14.5 шаг 0.10 - 10 шт.:

Cyl -0.75; -1.25; -1.75; -2.25; -2.75;

Ax от 10 до 180 шаг 10;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0163207**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2025 года № РЗН 2025/25708

Лист 2

SP от -20.0 до -6.0 шаг 0.5;  
SP от -6.0 до +6.0 шаг 0.25;  
SP от +6.0 до +20.0 шаг 0.5.

- инструкция по применению - 1 шт.

2.2. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 toric

BC 8.00 - 9.00 шаг 0.10, D 13.0 - 14.5 шаг 0.10 - 30 шт.:

Cyl -0.75: -1.25; -1.75; -2.25; -2.75;

Ax от 10 до 180 шаг 10;

SP от -20.0 до -6.0 шаг 0.5;

SP от -6.0 до +6.0 шаг 0.25;

SP от +6.0 до +20.0 шаг 0.5.

- инструкция по применению - 1 шт.

2.3. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 toric

BC 8.00 - 9.00 шаг 0.10, D 13.0 - 14.5 шаг 0.10 - 90 шт.:

Cyl -0.75: -1.25; -1.75; -2.25; -2.75;

Ax от 10 до 180 шаг 10;

SP от -20.0 до -6.0 шаг 0.5;

SP от -6.0 до +6.0 шаг 0.25;

SP от +6.0 до +20.0 шаг 0.5.

- инструкция по применению - 1 шт.

3. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 bi-focal

3.1. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 bi-focal

BC 8.00 - 9.00 шаг 0.10, D 13.0 - 14.5 шаг 0.10; ADD 1.0 - 4.0 шаг 0.5 - 10 шт.:

SP от -20.0 до -6.0 шаг 0.5;

SP от -6.0 до -0.5 шаг 0.25;

SP от +0.5 до +6.0 шаг 0.25;

SP от +6.0 до +20.0 шаг 0.5.

- инструкция по применению - 1 шт.

3.2. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 bi-focal

BC 8.00 - 9.00 шаг 0.10, D 13.0 - 14.5 шаг 0.10; ADD 1.0 - 4.0 шаг 0.5 - 30 шт.:

SP от -20.0 до -6.0 шаг 0.5;

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

**0163208**

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 24 июня 2025 года № РЗН 2025/25708

Лист 3

SP от -6.0 до -0.5 шаг 0.25;

SP от +0.5 до +6.0 шаг 0.25;

SP от +6.0 до +20.0 шаг 0.5.

- инструкция по применению - 1 шт.

3.3. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 bi-focal

BC 8.00 - 9.00 шаг 0.10, D 13.0 - 14.5 шаг 0.10; ADD 1.0 - 4.0 шаг 0.5 -90 шт.:

SP от -20.0 до -6.0 шаг 0.5;

SP от -6.0 до -0.5 шаг 0.25;

SP от +0.5 до +6.0 шаг 0.25;

SP от +6.0 до +20.0 шаг 0.5.

- инструкция по применению - 1 шт.

4. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 multifocal

4.1. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 multifocal

BC 8.00 - 9.00 шаг 0.10, D 13.0 - 14.5 шаг 0.10; ADD 1.0 - 2.5 шаг 0.5 - 10 шт.:

SP от -20,0 до -6.0 шаг 0.5;

SP от -6.0 до +6.0 шаг 0.25;

SP от +6.0 до +20.0 шаг 0.5.

- инструкция по применению - 1 шт.

4.2. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 multifocal

BC 8.00 - 9.00 шаг 0.10, D 13.0 - 14.5 шаг 0.10; ADD 1.0 - 2.5 шаг 0.5 -30 шт.:

SP от -20,0 до -6.0 шаг 0.5;

SP от -6.0 до +6.0 шаг 0.25;

SP от +6.0 до +20.0 шаг 0.5.

- инструкция по применению - 1 шт.

4.3. Линзы контактные мягкие однодневные OKVision® Miracle View по ТУ 32.50.41-002-32157737-2021 multifocal

BC 8.00 - 9.00 шаг 0.10, D 13.0 - 14.5 шаг 0.10; ADD 1.0 - 2.5 шаг 0.5 - 90 шт.:

SP от -20,0 до -6.0 шаг 0.5;

SP от -6.0 до +6.0 шаг 0.25;

SP от +6.0 до +20.0 шаг 0.5.

- инструкция по применению - 1 шт.

№

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0163209