



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 июля 2022 года

№ РЗН 2021/13945

На медицинское изделие

**Линзы контактные мягкие OKVision Prima BIO
по ТУ 32.50.41-003-29192836-2019**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Окей Вижен Ритейл"
(ООО "Окей Вижен Ритейл"), Россия,
125438, Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Окей Вижен Ритейл"
(ООО "Окей Вижен Ритейл"), Россия,
125438, Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4**

Место производства медицинского изделия
см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-50809/44151 от 05.07.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.41.110

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 25 июля 2022 года № 6812
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0064226

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 июля 2022 года № РЗН 2021/13945

Лист 1

На медицинское изделие

Линзы контактные мягкие OKVision Prima BIO по ТУ 32.50.41-003-29192836-2019,
варианты исполнения:

1. Линзы контактные мягкие OKVision Prima BIO spherical - 6 шт.:

1.1. BC 8.6, D 14.2:

- Р от -0.5 до -6.0 шаг 0.25;

- Р от -6.0 до -20.0 шаг 0.5;

- Р от +0.5 до +8.0 шаг 0.5.

1.2. BC 8.8, D 14.2:

- Р от -0.5 до -6.0 шаг 0.25;

- Р от -6.0 до -12.0 шаг 0.5;

- Р от +0.5 до +8.0 шаг 0.5.

2. Линзы контактные мягкие OKVision Prima BIO toric - 6 шт.:

2.1. BC 8.6, D 14.2 (Cyl -0.75; -1.25; -1.75; -2.25):

- Ах от 10 до 180 шаг 10;

- SP от 0 до -10.0 шаг 0.5;

- SP от +0.5 до +6.0 шаг 0.5.

3. Линзы контактные мягкие OKVision Prima BIO bi-focal - 6 шт.:

3.1. BC 8.4, D 14.2, Add 4.0:

- SP от -0.5 до -5.0 шаг 0.25;

- SP от -5.0 до -6.0 шаг 0.5.

Место производства:


1. ООО "Окей Вижен Ритейл", Россия, 125438, Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 2.

2. INTEROJO INC, 28&25, Sandan-ro 15beon-gil, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, 17744, Korea.

3. ООО "Окей Вижен Ритейл", Россия, 127486, Москва, ул. Дегунинская, д. 7, помещ. 1Н.

4. ООО "Окей Вижен Технологии", Россия, 141981, Московская обл., г. Дубна,
ул. Большеволжская, д. 15.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0104848